

Test SNAP Feline Triple

Précision du test

Sensibilité et spécificité du test SNAP* Feline Triple*

Analyte	Méthode de référence	Résultat du test SNAP		Total	Sensibilité (IC à 95 %)
		+	-		Spécificité (IC à 95 %)
<i>Dirofilaria</i> ¹	+	37	4	256	90,2 % (76,9 % à 97,3 %)
	-	0	215		100 % (98,3 % à 100 %)
FeLV ²	+	158	0	407	100 % (97,7 % à 100 %)
	-	2	247		99,2 % (97,1 % à 99,9 %)
FIV ³	+	95	0	279	100 % (96,2 % à 100 %)
	-	4	180		97,8 % (95,4 % à 99,4 %)

Source : Données internes d'IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, États-Unis.

Méthode de référence

1. Test antigénique de détection des vers du cœur PetChek*
2. Test antigénique de détection du virus de la leucose féline PetChek*
3. Test Western blot pour le FIV

Pour l'interprétation et les algorithmes diagnostiques, rendez-vous sur idexx.com/FelineTripleResources (en anglais seulement).